

DS203/QUAD digital storage oscilloscope

Calibration(校正/調整) @2017-7

方形波入力(1;1) 両CHゲイン不足 -5~-10%



PROBE 10:1 補正不足(青トレース) 黄トレース補正済




ケイテック校正ラボ @KTEK CALi-lab



校正中の画像



校正調整完了



DS203/Quadは、決して安くないDSOです。
 当店では、TOY SCOPEレベルDSOを、計測器レベルのDSOに仕上げてお渡し致します。

ほとんどのDS203は、上図のような特性を持っています(当店の数年間の実績より判断)
 DS201、DS202などは、校正が困難なため、輸入販売中止しています。@2015